



Retour expérience sur l'étude Aquaref 2017 :

- **Bassin versant Loire Bratgne
lot 1,2 et 3**

- **Intégration des points de prélèvements Aquaref dans notre logiciel (OSO =logiciel planification)**
- **Programmation des points à partir du planning annuel AELB**
- **Création des points de prélèvement (PSV) spécifiques pour la campagne Aquaref (avec le nom de la station et la mention Aquaref)**
- **Le programme analytique est sélectionné en fonction de typologies déjà existantes**

- **Le planificateur prépare les glacières Aquaref: glacière dédiée et flaconnage étiqueté**
- **Etiquetage différencié pour les stations du plan B (B1 et B2) → pas de risque d'inversion**
- **Envoi en dépôt restant TNT (J-2 avant la date de prélèvement)**

- **Les prélèvements Aquaref ne sont pas contraignants par rapport à la charge de travail préleveur –**
- **Les contraintes sont essentiellement liées à la capacité du véhicule (plan B : 2 glacières supplémentaires)**

- **Problème au niveau des exports EDILABO → les prélèvements Agence et Aquaref réalisés le même jour sur la même station sont rattachés à même code station → distinction analytique impossible entre différents points**
→ Solution: renvoi des résultats sous Excel
- **Analytique: Non rendu de résultat sur certains paramètres (typologie analytique calqué sur les typologies Agence de l'eau)**
- **→ Solution: Si prochaine campagne, nécessité de créer un devis spécifique**